


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	50109111 001	Auftrags-Nr.: Order No.:	164103858	Seite 1 von 21 Page 1 of 21	
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	364991	Auftragsdatum: Order date.:	23 Oct. 2017		
Auftraggeber: Client:	Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd. No.25, 1st Industry Zone, Fenghuang Road, Xikeng Village, HenggangTown, Longgang District, Shenzhen 518115, P.R. China				
Prüfgegenstand: Test item:	Infrared Thermometer				
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	PG-IRT1601, PG-IRT1602, PG-IRT1603				
Auftrags-Inhalt: Order content:	TUV Rheinland - EMC service				
Prüfgrundlage: Test specification:	EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-11:2015 clause 12 IEC 60601-1-11:2015 clause 12 ISO 80601-2-56:2009 clause 202				
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	23 October 2017				
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A000635485-001				
Prüfzeitraum: Testing period:	Refer to test report				
Ort der Prüfung: Place of testing:	Refer to section 2.1				
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass				
geprüft von / tested by:	kontrolliert von / reviewed by:				
17.01.2018	Neo Dong Senior Engineer		17.01.2018	Tongle Lee Reviewer	
Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name/Stellung Name/Position	Unterschrift Signature
Sonstiges / Other:					
The standard EN 60601-1-2:2015 is equivalent to IEC 60601-1-2:2014 The standard EN 60601-1-11:2015 clause 12 is equivalent to IEC 60601-1-11:2015 clause 12. Factory: Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd. Address: 2-4 Floor, No.5 Shanzhuang Rd., Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
<p>* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar NT = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable NT = not tested</p>					
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</p>					